DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Basic UDI-DI : 5415174181809IrisYJ

Actor ID/SRN : BE-MF-000019750

Il fabbricante:

VERMEIREN GROUP

Indirizzo :

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgio

dichiara sotto la propria responsabilità, che i seguenti dispositivi medici marchiati CE :

Gruppo di prodotti:	Maniglie
Destinazione d'uso:	Dispositivi che forniscono supporto a una persona quando cambia posizione; possono essere fissati a parete o a pavimento e possono essere ripiegati verso l'alto o lateralmente oppure abbassati per consentire l'accesso quando non servono. (WHO ICF: d450, d460, d469, d498, d499)
ISO 9999:	18 18 11
EMDN:	Y181806
Marchio:	Vermeiren
Tipo:	Iris

sono classificati come di Classe I, come da allegato VIII (EU) 2017/745/MDR, riga 1,

e vengono fabbricati secondo le regolamenti e/o sotto riportate, comprese le ultime variazioni e secondo la legge nazionale che regolamenta dette direttive:

MDR (EU) 2017/745

ed è conforme alle parti applicabili dei seguenti standard internazionali:

EN ISO 21856:2022, ISO 17966:2016

Luogo, Data: Kalmthout, 2025-03-06

Firma:



Nome: Patrick Vermeiren

Ruolo: CEO