DECLARACIÓN DE BATERÍA

El fabricante:
VERMEIREN GROUP
Actor ID/SRN: BE-MF-000019750

Con dirección:
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Bélgica

declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos sanitarios con marcado CE:

Grupo de productos:	Sillas de ruedas eléctricas		
Marca:	VERMEIREN		
Tipo:	Verso,	Plego	Plego Carbon
Basic UDI-DI:	5415174VersoG7	5415174PlegoCH	5415174PlegoCarbonNS

Las baterías utilizadas en las sillas de ruedas Verso y Plego son baterías de litio (24V/12.8 Ah, 24V/17.5 Ah & 25.9V/12.8 Ah) diseñadas para su uso en sillas de ruedas o dispositivos de ayuda a la movilidad. Cumplen los requisitos de cada una de las pruebas del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte III, subsección 38.3, tal y como se solicita en el documento de orientación de la IATA relativo al Transporte de sillas de ruedas y dispositivos de ayuda a la movilidad alimentados por baterías y transportados por pasajeros.

La(s) batería(s) de litio debe(n) permanecer instalada(s) en el dispositivo de ayuda para la movilidad y apagada(s) antes de la carga en el transporte aéreo, tal como se describe en las instrucciones de uso del dispositivo de ayuda para la movilidad.

Además:
Se requiere la aprobación del operador de la aerolínea para los dispositivos de ayuda a la movilidad que funcionan con baterías utilizados por los pasajeros. Al menos 48 horas antes del viaje o en el momento de la reserva, el usuario del dispositivo de ayuda a la movilidad, la agencia de viajes, el operador turístico u otros sitios web de reservas de terceros deben solicitar la aprobación del operador aéreo para el transporte del dispositivo de ayuda a la movilidad accionada por batería(s).

Ciudad, Fecha: Kalmthout, 2026-04-24
Firma:

Nombre: Patrick Vermeiren
Función: CEO